



CERTIFICATE OF CALIBRATION
校正証明書

NAME: TORQUE GAUGE
MODEL: ATG12CN-S
MAX. CAPACITY: 12.0
UNIT: cN·m
DATE OF CALIBRATION: 07/06/2002
(Day/Month/Year)

DATE FIRST USED: / /
SERIAL NO.: 501082R
ACCURACY ± (%): 2
TEMPERATURE (°C): 25
INSPECTOR: S. ITO

INSPECTION SCALE

1.0
3.0
6.0
9.0
12.0

CLOCKWISE
1.00
3.05
6.10
9.05
12.00

ACTUAL READING

COUNTER CLOCKWISE
1.00
3.05
6.00
9.05
12.20

上記製品は、国家標準にトレースされた基準器を基準とした標準器を用い、当社の作業標準に従って校正が行われ、校正作業における検査または試験結果が製品仕様を満足していることを証明します。
WE CERTIFY THAT PRODUCT IDENTIFIED ABOVE WAS CALIBRATED USING TEST EQUIPMENT THAT IS TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS SPECIFICATIONS AND ACCORDING TO TOHNICHI STANDARDS. WE HAVE VERIFIED THAT THESE TEST RESULTS COMPLY WITH PRODUCT SPECIFICATIONS.

標準器 STANDARD EQUIPMENT

| 標準器 | MODEL | SERIAL NO |
|---------------|-------|-----------|
| プーリ PULLEY | CP-01 | 010 |
| 分銅 WEIGHTS | BW-05 | 5 |

基準器
STANDARD TEST EQUIPMENT

| 基準器 | 公的機関 OFFICIAL FACILITY | 検査成績書 INSPECTION RECORD NO. |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| キャリパー CALIPER CHEKER | 株式会社 ミットヨ MITUTOYO CORPORATION | No. HC-98A188 |

2級基準分銅
SECOND CLASS STANDARD TEST WEIGHT

| 2級基準分銅 | 埼玉県計量検定所 SAITAMA PREF. INSPECTION INSTITUTE OF WEIGHTS & MEASURES | 45D16第17-1号 45D16 NO. 17-1 |
|--------|---|-------------------------------|
| | | |

株式会社 東日製作所

TOHNICHI MFG. CO., LTD.

TOHNICHI MFG. CO., LTD. KOFU PLANT

6-5, OMORI-NISHI 1-CHOME, OTA-KU, TOKYO 143-8571, JAPAN
TEL: 03-3762-2452 FAX: 03-3761-3852

HEAD OF CALIBRATION

T. Tashima